

YÊU CẦU BÁO GIÁ MÁY ĐIỆN CHÂM, MÁY TRUNG TẦN ĐIỀU TRỊ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy điện châm, máy trung tần điều trị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0936.967.636

- Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy trung tần điều trị	THÔNG SỐ KỸ THUẬT – Tần số sóng trung tần: 2kHz ~ 6kHz – Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 0 – 150Hz – Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 – 100mA – Độ ổn định cường độ truy xuất: $\leq \pm 5\%$ – Điện áp nguồn: 220V \pm 22V / 50Hz \pm 1Hz – Công suất truy nhập: $\leq 35VA$ – Phạm vi gia nhiệt tấm bản cực: 38°C – 55°C – Đường truy xuất gia nhiệt: 1 đường	10	máy
2	Máy điện châm	Thông số kỹ thuật -Nguồn điện cung cấp: 220V – 50Hz -Nguồn điện đầu vào: $< 50VA$ -Cầu chì hữu dụng: thấp hơn 10,5A -Tần số xung điện làm việc: 1.2Hz – 55Hz, $\pm 30\%$	20	máy



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên – xã Thủy Sơn – huyện Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng

- Yêu cầu:

+ Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, ký mã hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 8/2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ thanh toán bao gồm:


- Đối với thiết bị nhập khẩu gồm: CO, CQ, giấy phép nhập khẩu, bảng phân loại thiết bị, giấy phép lưu hành đối với thiết bị thuộc nhóm C và D, catalog, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn tài chính.

- Đối với thiết bị sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, giấy phép lưu hành, bảng phân loại thiết bị, catalog, hóa đơn tài chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT



Lê Khắc Tùng