

## YÊU CẦU BÁO GIÁ MÁY LASER CO2

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy Laser CO2 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0936.967.636

- Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 08 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)






STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy Laser CO2	<p><b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b></p> <p><b>Tiêu chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Sản xuất năm 2022 - 2023</li> <li>- Đạt các tiêu chuẩn: KFDA, ISO</li> </ul> <p>Môi trường hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ : 10~35°C</li> <li>- Độ ẩm : 15% r.H ~ 80% r.H</li> <li>- Áp suất không khí: 700hPa ~ 1060hPa</li> </ul> <p><b>Tính năng kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại laser : laser co2</li> <li>- Bước sóng: 10600 nm</li> <li>- Kích thước điểm: 0.3 mm</li> <li>- Năng lượng đầu ra: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chế độ bình thường: 0.1-30W</li> <li>+ Chế độ siêu xung: 0.5 – 10W.</li> </ul> Độ rộng xung ở chế độ P.W có thể điều chỉnh được từ 50μs đến 600μs</li> <li>- Tầng số phát xung từ 10Hz ~ 1.000 Hz</li> <li>- Chế độ phát: SUPER/SINGLE/REPEAT/CW</li> <li>- Thời gian mở xung 0.01 ~1.00</li> <li>- Thời gian nghỉ xung 0.01~2.00</li> <li>- Tia dẫn đường: năng lượng 5mw bước sóng 532nm</li> <li>- Nguồn điện sử dụng: 220- 240VAC, 50/60Hz</li> <li>- Đủ tài liệu HDSD tiếng Việt và các phụ kiện kèm theo</li> </ul>	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên – xã Thủy Sơn – huyện Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng





- Yêu cầu: + Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, mã ký hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.

+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 9/2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:


Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Với thiết bị nhập khẩu: CO, CQ, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành thiết bị, bảng phân loại thiết bị, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn tài chính.

- Với thiết bị sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, giấy phép lưu hành, bảng phân loại thiết bị, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hóa đơn tài chính.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.

  
Lê Khắc Tùng