

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN THỦY NGUYÊN

Số: 42/BG-BVTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐÈN HỒNG NGOẠI

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm đèn hồng ngoại với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0936.967.636
 - Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 16 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 26 tháng 8 năm 2024
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2024


II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
1	Đèn hồng ngoại	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao 1,7m - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Chóa đèn: \varnothing 16, dài 22 cm; - Hộp công tắc hoặc Dimmer; - Dây nguồn: 3 m; - Tầng giảm chiều cao: từ 1,2 - 1,7m; - Đế đèn bằng kim loại - Công suất: 250W - Cổ định vị xoay, khoảng rộng 30cm \pm 30cm + Đuôi đèn ceramic sử dụng nhiều loại bóng đèn 	20	cái

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử BY;
- Lưu: VT, VTTBYT. 



*** Lê Khắc Tùng**

