

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦY NGUYÊN

Số: 582/BG-BVTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ MÁY TRUNG TẦN ĐIỀU TRỊ, MÁY ĐIỆN CHÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy trung tần điều trị, máy điện châm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Phạm Mạnh Thắng – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0936.967.636

- Địa chỉ email: phongvt.tbyt.bvdktn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 10 năm 2024

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị)



STT	Danh mục TBYT	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy trung tần điều trị	THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Tần số sóng trung tần: 2kHz ~ 6kHz - Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 0 - 150Hz - Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 - 100mA - Độ ổn định cường độ truy xuất: $\leq \pm 5\%$ - Điện áp nguồn: 220V \pm 22V / 50Hz \pm 1Hz - Công suất truy nhập: $\leq 35VA$ - Phạm vi gia nhiệt tấm bán cực: 38°C - 55°C - Đường truy xuất gia nhiệt: 1 đường	10	máy
2	Máy điện châm	THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Nguồn điện cung cấp: 220V - 50Hz - Nguồn điện đầu vào: <50VA - Cầu chì hữu dụng: thấp hơn 10,5A - Tần số xung điện làm việc: 1.2Hz - 55Hz, +/-30%	10	máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên – xã Thủy Sơn – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Yêu cầu: + Đồng bộ, đúng chủng loại, số lượng, đúng Model, ký mã hiệu, cấu hình và các thông số kỹ thuật được nêu trong báo giá.

+ Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi.

+ Đóng gói: Theo quy cách nhà sản xuất.

+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 10/2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong 60 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu, bên cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Với thiết bị nhập khẩu: CO, CQ, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành thiết bị, bảng phân loại thiết bị, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn tài chính.

- Với thiết bị sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng, giấy phép lưu hành, bảng phân loại thiết bị, catalog, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hóa đơn tài chính./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT. 

